



HeartSine®

Lifesaving technology designed for the real world

Notă tehnică ref:

Funcționarea și depozitarea HeartSine samaritan® PAD și a pachetelor de padele/pediatrice la temperatura corectă.

Stimate client,

Dorim să subliniem importanța depozitării și funcționării dispozitivului dvs HeartSine samaritan® PAD și a pachetelor de padele/pediatrice asociate la temperaturile corecte, conform indicațiilor de mai jos. Vă rugăm să rețineți că aceste informații pot fi găsite în manualele de utilizare respective.

Pentru dispozitivele HeartSine samaritan® PAD cu numerele seriale începând cu 04, 05, 06, 07:

Temperatura în standby:

Dispozitivul samaritan® PAD trebuie să fie depozitat la o temperatură între 10 și 50°C (50 - 122°F). HeartSine recomandă, dacă este posibil, ca dispozitivul să fie depozitat la o temperatură ambiantă confortabilă deoarece aceasta va asigura performanța maximă atât pentru dispozitivul samaritan® PAD cât și pentru pachetul de padele.

Temperatura de funcționare:

Dacă dispozitivul samaritan® PAD a fost păstrat în conformitate cu condițiile pentru standby (vezi mai sus), pe o perioadă de cel puțin 24 de ore, acesta poate fi folosit în spații în care temperatura ambiantă este cuprinsă între 0 și 50°C (32 - 122°F). În această situație, dispozitivul poate fi folosit în condiții de siguranță la un nivel mai scăzut de temperatură pe o perioadă de până la 1 oră după ce a fost expus la temperatura mai scăzută.

Temperatura de transport și expediție:

Dispozitivul samaritan® PAD poate fi depozitat temporar la temperaturi între -10 și 50°C (14 - 122°F) timp de până la două zile.

Dacă credeți că dispozitivul samaritan® PAD a fost depozitat la temperaturi sub 10°C (50°F), acesta trebuie să fie readus la o temperatură ambiantă cuprinsă între 10 și 50°C (50 - 122°F) pentru o perioadă de cel puțin 24 de ore înainte de a fi considerat gata de utilizare.

Depozitarea pe termen lung la temperaturi în afara limitelor de 10 - 50°C poate afecta negativ performanța dispozitivului.

Notă: La alegerea locației, evitați zonele care expun dispozitivul samaritan® PAD la umezeală, praf sau temperaturi extreme.

Dorim, de asemenea, să vă supunem atenției următoarele informații legate de dispozitivele HeartSine samaritan® PAD care au numere seriale începând cu 04, 05, 06, 07:

Dacă, în timpul funcționării, dispozitivul samaritan® PAD emite mesajul sonor "Avertizare nivel scăzut baterie" și se suspectează că a fost supus unui mediu rece (sub 10°C sau sub 50°F), acesta mai poate totuși funcționa corect și în condiții de siguranță în condițiile respectării recomandărilor privind temperatura de depozitare și funcționare de mai jos:

Notă: Când este redat mesajul vocal "nivel scăzut baterie", indicatorul de stare verde nu va mai clipi.

Dacă dispozitivul samaritan® PAD este readus în limitele recomandate pentru temperatura de depozitare (10 - 50°C sau 50 - 122°F) când este pornit următoarea dată, fie manual, fie prin autotest, LED-ul verde ar trebui să reia clipirea, indicând în felul acesta că autotestul a fost încheiat cu succes.

Avertizarea nu este legată de temperatura scăzută dacă indicatorul de stare nu începe să clipească în verde sau dacă mesajul vocal "Avertizare nivel scăzut baterie" continuă. În acest caz, contactați distribuitorul autorizat HeartSine sau direct Asistența tehnică HeartSine Technologies.

Dacă dispozitivul samaritan® PAD este folosit pentru o intervenție de urgență și se aude mesajul vocal „Avertizare nivel scăzut baterie”, continuați CPR și terapia de defibrilare cu dispozitivul.

Dispozitivul samaritan® PAD poate asigura în general până la zece șocuri de defibrilare după ce se aude mesajul „Avertizare nivel scăzut baterie”.

Notă: Atâta timp cât dispozitivul samaritan® PAD continuă să funcționeze, va asigura o terapie sigură și adecvată.

Dacă aveți un pachet Pad-Pak™ de rezervă (baterie și cartuș de electrozi) fiți pregătit să înlocuiți bateria Pad-Pak™. În condiții de temperaturi scăzute, asigurați că toate seturile Pad-Pak™ de schimb sunt păstrate în conformitate cu recomandările stabilite mai sus până când devin necesare.



HeartSine®

Lifesaving technology designed for the real world



Pentru dispozitivele HeartSine samaritan® PAD cu numere seriale care încep cu 08A și 09A:

Temperatura de standby:

Dispozitivul samaritan® PAD trebuie să fie depozitat la o temperatură între 0 și 50°C (32 - 122°F). HeartSine recomandă, dacă este posibil, ca dispozitivul să fie depozitat la o temperatură ambiantă confortabilă deoarece aceasta va asigura performanța maximă atât pentru dispozitivul samaritan® PAD cât și pentru pachetul Pad-Pak™.

Temperatura de funcționare:

Dacă dispozitivul samaritan® PAD a fost păstrat în conformitate cu condițiile pentru standby (vezi mai sus), pe o perioadă de cel puțin 24 de ore, acesta poate fi folosit în spații în care temperatura ambiantă este cuprinsă între 0 și 50°C (32 - 122°F). În această situație, dispozitivul poate fi folosit în condiții de siguranță la un nivel mai scăzut de temperatură pe o perioadă de până la 1 oră după ce a fost expus la temperatura mai scăzută.

Temperatura de transport și expediție:

Dispozitivul samaritan® PAD poate fi depozitat temporar la temperaturi între -10 și 50°C (14 - 122°F) timp de până la două zile. Dacă credeți că dispozitivul samaritan® PAD a fost depozitat la temperaturi sub 0°C (32°F), acesta trebuie să fie readus la o temperatură ambiantă cuprinsă între 0 și 50°C (32 - 122°F) pentru o perioadă de cel puțin 24 de ore înainte de a fi considerat gata de utilizare.

Depozitarea pe termen lung la temperaturi în afara limitelor de 0 - 50°C (32 - 122°F) poate afecta negativ performanța dispozitivului.

Notă: La alegerea locației, evitați zonele care expun dispozitivul samaritan® PAD la umezeală, praf sau temperaturi extreme.

Dorim, de asemenea, să vă supunem atenției următoarele informații legate de dispozitivele HeartSine samaritan® PAD care au numere seriale începând cu 08A sau 09A:

Dacă, în timpul funcționării, dispozitivul samaritan® PAD emite mesajul sonor "Avertizare nivel scăzut baterie" și se suspectează că a fost supus unui mediu rece (sub 0°C sau sub 32°F), acesta mai poate totuși funcționa corect și în condiții de siguranță în condițiile respectării recomandărilor privind temperatura de depozitare și funcționare de mai jos:

Notă: Când este redat mesajul vocal "Nivel scăzut baterie", indicatorul de stare va începe să clipească în roșu.

Dacă dispozitivul samaritan® PAD este readus în limitele recomandate pentru temperatura de depozitare (0 - 50°C sau 32 - 122°F) când este pornit următoarea dată, fie manual fie prin autotest, LED-ul roșu ar trebui să se schimbe în verde, indicând în felul acesta că autotestul a fost încheiat cu succes.

Avertizarea nu este legată de temperatura scăzută dacă indicatorul de stare nu începe să clipească în roșu sau dacă mesajul vocal "Avertizare nivel scăzut baterie" continuă. În acest caz, contactați distribuitorul autorizat HeartSine sau direct Asistența tehnică HeartSine Technologies.

Dacă dispozitivul samaritan® PAD este folosit pentru o intervenție de urgență și se aude mesajul vocal „Avertizare nivel scăzut baterie”, continuați CPR și terapia de defibrilare cu dispozitivul.

Dispozitivul samaritan® PAD poate asigura în general până la zece șocuri de defibrilare când se aude mesajul „Avertizare nivel scăzut baterie”.

Notă: Atâta timp cât dispozitivul samaritan® PAD continuă să funcționeze, va asigura o terapie sigură și adecvată.

Dacă aveți un pachet Pad-Pak™ de rezervă (baterie și cartuș de electrozi) fiți pregătit să înlocuiți bateria Pad-Pak™. În condiții de temperaturi scăzute, asigurați că toate seturile Pad-Pak™ de schimb sunt păstrate în conformitate cu recomandările stabilite mai sus până când devin necesare.

Romanian H009-013-023-0